

**ANEXO I**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 05/2022**

**ITEM 03: Bisturi Elétrico (a partir de 151 W)**

**ESPECIFICAÇÃO:** Gerador com potência a partir de 151W, microcontrolado por microprocessadores, capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte. Deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, preferencialmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas a prova d água com leitura digital de potência. Modos de operação no mínimo: Bipolar, Monopolar. Especificação mínima do gerador: Corte puro (151W), Blend (130W), Coagulação (110W) e Bipolar (70W). Deve possuir regulador de alarme sonoro. Deve ser compatível com sistema de gás argônio. Acessórios que preferencialmente acompanham o equipamento: 01 carro de transporte e 01 pedal bipolar. Alimentação elétrica 127 volts.

<b>QUANTIDADE</b>	01
<b>VALOR UNITÁRIO</b>	R\$ 10.500,00

