

**PARECER TÉCNICO NÚCLEO DE OFTALMOLOGIA**  
**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS: nº. 01/2023**  
**CONVÊNIO: nº. 942621/2023**

À Comissão de Compras

O equipamento OBI AAIO WIRELLES apresentado na proposta da empresa MEGA DENTAL IMP EXP COM PROD ODONTO, para fornecimento do item OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO não atende ao nosso objetivo, pois não possui todas as especificações exigidas no descritivo do edital.

1. Diâmetros dos spots de iluminação: 25, 35 e 45 (300mm);


"Diâmetro de Spots: 18mm, 40mm, 50mm (300mm);"

2. Distância interpupilar ajustável entre 48 - 75mm;

Item não informado nos documentos técnicos enviados.

Certifico que no que tange os critérios de qualificação técnica, o equipamento supracitado não se encontra apto para atendimento dos objetos.

Salvador, 29 de janeiro de 2024



**Gustavo Oliveira Matos Costa**  
**Coord. Manut. De Equipamentos**  
**CREA 92574**