

PARECER TÉCNICO NÚCLEO DE OFTALMOLOGIA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS: nº. 01/2023
CONVÊNIO: nº. 942621/2023

À Comissão de Compras

O equipamento FOCO CIRÚRGICO TETO LED DUPLEX 4LE-4LE COM EMERGÊNCIA apresentado na proposta da empresa MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, para fornecimento do item FOCO CIRÚRGICO DE TETO não atende ao nosso objetivo, pois não possui todas as especificações exigidas no descritivo do edital.

1. Energia irradiada de no mínimo 3,5m W/m².lux por cúpula;

"Razão E / E_c (mW/m²lx): 2,4+-0,2"

2. Diâmetro de campo focal compreendido entre 200 mm a 250 mm variável, para cada uma das cúpulas;

"Diâmetro do campo luminoso - ajustável 1 m distância (mm): 260-360"

3. Indicadores de nível carga bateria através de display ou teclados de membrana acoplada no foco, para cada cúpula;

Não há indicação do nível de bateria acoplada no foco

4. Índice de reprodução de cores deve ser de 95 ou maior;

"Índice de reprodução de cor (IRC) de 97 ±3%" 94~100%

Certifico que no que tange os critérios de qualificação técnica, o equipamento supracitado não se encontra apto para atendimento dos objetos.

Salvador, 29 de janeiro de 2024



Gustavo Oliveira Matos Costa
Coord. Manut. De Equipamentos
CREA 92574